

Техническая спецификация

№ лота	Наименование	Характеристика
1	2	3
1.	Авто Кюветы (1000шт/рулон)	Одноразовые пластиковые кюветы в количестве 1000 шт к автоматическому анализатору-коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Рассчитан для проведения 1000 определений
2.	Промывочный раствор -1 10 x 15 мл**	Специальный раствор для прочистки пробозаборника. В упаковке 10 флаконов по 15 мл. к автоматическому анализатору-коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Рассчитан для проведения 7000 определений
3.	Промывочный раствор -2 1 x 2500 мл**	Специальный раствор для прочистки пробозаборника. Канистра 2500мл. к автоматическому анализатору-коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Рассчитан для проведения 1250 определений
4.	Реагент Протромбиновое время 10 x 4**	Набор для определения протромбинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с лиофилизированным реактивом для приготовления 4 мл готового реактива. Набор рассчитан для проведения 360 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому анализатору-коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора.
5.	Реагент АПТВ, 10 x 2 мл**	Набор для определения Активированного Частичного тромбoplastинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с 2 мл готового реактива №1. Набор рассчитан для проведения 360 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому анализатору-коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора.
6.	Реагент раствор Кальция Хлорид, 10 x 4 мл**	Набор для определения Активированного Частичного тромбoplastинового времени в плазме крови к автоматическому анализатору-коагулометру С-3100 с закрытой системой. Состав: 10 флаконов с 4 мл готового реактива №2. Набор рассчитан для проведения 720 определений.
7.	Набор для определения Фибриногена 6 x 4 мл + 1 x 1 мл cal + 2 x 75 мл **	Двухкомпонентный набор для определения фибриногена. Состав: 6 флаконов высушенного реактива для получения 4 мл готового реактива для определения фибриногена. 2 флакона по 75 мл. Имидазоловый буфер. 1 фл. лиофилизированного калибратора для приготовления 1 мл. калибратора. Набор рассчитан на проведение 450 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому анализатору-коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора.
8.	Реагент Тромбиновое время, 10 x 2 мл**	Набор для определения тромбинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с лиофилизированным реактивом для приготовления 2 мл готового реактива. Набор рассчитан для проведения 250 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому анализатору-коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов,

9.предназначенных для эффективной работы прибора.

9.	Контрольная плазма -1 10 x 1 мл**	Контрольная плазма для проведения контроля качества исследований гемостаза. Состав: 10 флаконов с лиофилизатом для приготовления 1 мл плазмы. Паспорт содержит значения PT, APTT, TT, Fib. Оригинальный набор контрольной плазмы к автоматическому анализатору-коагулометру C-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Рассчитана для проведения 1000 определений.
10.	Контрольная плазма -2 10 x 1 мл**	Контрольная плазма для проведения контроля качества исследований гемостаза. Состав: 10 флаконов с лиофилизатом для приготовления 1 мл плазмы. Паспорт содержит значения PT, APTT, TT, Fib. Оригинальный набор контрольной плазмы к автоматическому анализатору-коагулометру C-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Рассчитана для проведения 7000 определений.
11.	Дилуэнт 20л	Разбавитель используется для измерения параметров RBC, PLT, WBC, RET и NRBC к гематологическому анализатору BC-760 с закрытой системой. Продукт используется при дифференцировке клеток, подсчете и измерении гемоглобина импедансным методом, колориметрическим методом и с использованием технологии анализа клеток SF Cube (трехмерный анализ на основе данных о рассеянии лазерного света под двумя углами и сигналов флуоресценции). Канистра 20 литров. Рассчитан для проведения 550 определений.
12.	Лизирующий раствор 1л	Лизирующий раствор используется вместе с красителем M-6FD для дифференцировки WBC в канале DIFF к гематологическому анализатору BC-760 с закрытой системой. Предназначен для лизиса эритроцитов и обработки лейкоцитов при измерении параметров клеток крови; он усиливает различия между субпопуляциями WBC и способствует окрашиванию лейкоцитов красителем M-6FD. Он участвует в измерении параметров, связанных с лейкоцитами (WBC), с использованием технологии анализа клеток (трехмерный анализ на основе данных о рассеянии лазерного света под двумя углами и сигналов флуоресценции). Объем флакона 1000 мл. Рассчитан для проведения 550 определений.
13.	Краситель 12мл	Краситель используется вместе с лизирующим раствором M-6LD для дифференцировки WBC в канале DIFF к гематологическому анализатору BC-760 с закрытой системой. Предназначен для окрашивания лейкоцитов при использовании в сочетании с лизирующим раствором M-6LD. Он участвует в измерении параметров в канале DIFF, связанных с лейкоцитами (WBC), с использованием технологии анализа клеток (трехмерный анализ на основе данных о рассеянии лазерного света под двумя углами и сигналов флуоресценции). Объем бутылки 12 мл. Рассчитан для проведения 230 определений.
14.	Лизирующий раствор 1л	Лизирующий раствор разработан для измерения параметров гемоглобина к гематологическому анализатору BC-760 с закрытой системой. . Предназначен для лизиса эритроцитов, высвобождения гемоглобина в эритроцитах и преобразования его в метгемоглобин, что позволяет измерять связанные с гемоглобином параметры колориметрическим методом. Объем флакона 1000 мл. Рассчитан для проведения 1650 определений.
15.	Раствор реагента СОЭ 1л	Реагент для СОЭ используется для очистки каналов измерения СОЭ (скорость оседания эритроцитов, СОЭ) к гематологическому анализатору BC-760 с закрытой системой. Реагент для анализа СОЭ представляет собой прозрачную жидкость без осадка, взвешенных зерен или хлопьев. Продукт используется с анализатором BC-760 с функцией определения скорости оседания эритроцитов. Рассчитан для проведения 450 определений.
16.	Очиститель зонда 50 мл	Очиститель зонда применяется в автоматическом гематологическом

		анализаторе ВС-760 с закрытой системой . Используется для периодической очистки анализатора. Очиститель зонда— это чистый раствор, содержащий гипохлорит натрия. Он способен очищать жидкостные каналы и трубки, удаляя альбумин и отложения крови. Рассчитан для проведения 400 определений. Суспензия человеческой крови, подвергнутой стимуляции, специально изготовленная для контроля и оценки точности анализа, выполняемого гематологическим анализатором ВС-760 с закрытой системой. Контрольные материалы изготавливаются в трех концентрациях: низкой, обычной и высокой. Специальный разбавитель, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов для гематологического анализатора ВС-30S. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы .Объем упаковки не менее 20 литров. Рассчитан для проведения 700 определений.
17.	Гематологические контрольные материалы 6 x 4.5 мл	
18.	Изотонический разбавитель 20л/кан.	
19.	Лизирующий раствор (500ml/bottle)	Специальный жидкий реагент, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина для гематологического анализатора ВС-30S. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы . Объем флакона не менее 500мл. Рассчитан для проведения 1380 определений.
20.	Очиститель зонда 50 мл	Универсальный чистящий реагент, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений для гематологического анализатора ВС-30S . Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозионного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Каждый флакон по 50мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. Рассчитан для проведения 400 определений.
21.	Контрольные растворы	Набор контрольных растворов для гематологического анализатора ВС-30S закрытого типа. 3 флакона по 3 мл. Для контроля точности измерения гематологического анализатора. Три флакона: 1 с низким содержанием клеток, 2 со средним содержанием клеток, 3 с высоким содержанием клеток. Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества гематологических анализаторов. Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах, используемых в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из флаконов, емкостью не менее 30 мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям, указанным во вкладыше, который прилагается к набору . Упаковка содержит специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы, для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. РУ РК-МТ-5№020822 от 08.2020г. Рассчитан для проведения 1650 определений.
22.	Калибратор с 2×0.1mL	Калибратор HbA1c - это тип продукта цельной крови, применяемый для калибровки к анализатору гликированного гемоглобина H8 позволяет обеспечивать достоверность результатов тестирования. Состоит из Калибратор HbA1c Уровень 1 1x0,1 мл и Калибратор HbA1c Уровень 2 1x0,1 мл. РК-МИ (in vitro) - №023376 от 12.01.2022г.

23.	Контрольный материал с 2×0.1mL	Контрольный материал - это тип продукта цельной крови, применяемый для проверки функции элюирования к анализатору гликированного гемоглобина H8, включая Контрольный материал высокого уровня 1 фл x 0,1мл. и материал Контрольный материал низкого уровня 1 фл x 0,1 мл. Ежедневный запуск программы контроля качества позволяет определять состояние Анализатора гликированного гемоглобина H8 и обеспечивать достоверность результатов тестирования. РК-МИИ (in vitro) - №023376 от 12.01.2022г.
24.	Хроматографическая колонка	Хроматографическая колонка содержит катионообменную смолу для адсорбции к анализатору гликированного гемоглобина H8. При увеличении концентрации элюента будут элюироваться HbA1a, HbA1b, HbF, HbA1c, HbA0 соответственно. РК-МИИ (in vitro) - №023376 от 12.01.2022г.

И.о.главного врача

 Бахытжанов А.С.
 «06» марта 2024 года
 М.П.